

# Tuote poistuu valikoimistamme: 104000 Sinuscan® 301- ultraäänilaite

Arvoisa asiakkaamme,

Säätelymuutosten takia alla oleva tuote poistuu valikoimastamme huhtikuun 2023 loppuun mennessä eikä ko. tuotetta ole enää jatkossa saatavilla.

Mediq Suomi Oy on valmistanut laitetta vastuullisena valmistajana lääkintälaitedirektiivin vaatimusten mukaisesti. Laitteen valmistus ja myynti valmistajan toimesta päättyy MDR-asetuksen siirtymäajan päättyessä tämän laitteen EC-sertifioinnin osalta huhtikuussa 2023.

**Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme tuotteen poistumisesta huolimatta. Varaosien (akku ja latauslaite) saatavuus jatkuu velvoitteidemme mukaisesti 8 vuoden ajan tuotteen valmistuksen päättymisen jälkeen. Poistuvalla tuotteella ei ole tällä hetkellä vastaavaa, korvaavaa tuotetta markkinoilla.**

Alla on tuotekoodit, joita ei enää ole saatavilla, sekä tieto korvaavasta tuotteesta.

Poistunut tuote	Korvaava tuote
Tuote ja valmistajan koodi (Mediq-tuotenro)	Mediq-tuotenumero ja valmistajan tuote
104000 Sinuscan 301 akkukäyttöinen ultraäänilaite	Ei korvaavaa tuotetta

Espoossa 13.2.2023

Yhteistyöterveisin

Mediq Suomi asiakaspalvelu  
puh. 020 112 1510  
asiakaspalvelu@mediq.com